

KOMUNIKAT NR 2

w sprawie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wyposażenie Stacji Balistycznej i Strzelnicy w aparaturę i urządzenia do badań i pomiarów balistycznych

W związku z pytaniami dotyczącymi niektórych pozycji wymienionych w załączniku Nr 1, informujemy, że:

1. odnośnie poz. 3.5: zmiana dokładności pomiaru wilgotności z $\pm 1\%$ na $\pm 2\%$.
Aktualne brzmienie poprawionego punktu 3.5 Załącznika nr 1 jest następujące:

3.5 Termohigrobarometr - 2 szt.

- zakres pomiaru temperatury $-40 \div +80$ °C z dokładnością $\pm 0,1$ °C,
- zakres pomiaru ciśnienia $700 \div 1100$ hPa z dokładnością ± 1 hPa,
- zakres pomiaru wilgotności $10 \div 95\%$ z dokładnością $\pm 2\%$
(powyższe wymagania podano dla zakresu temperatur do $+40$ °C i wilgotności do 60%),
- oprogramowanie podstawowe,
- interfejs RS232 i USB lub odp. konwerter.

Informujemy ponadto, że w miarę pojawiania się zapytań dalsze wyjaśnienia i ew. zmiany będą zamieszczane na stronie www.fabrykabroni.pl w zakładce *Przetargi*.