

## KOMUNIKAT NR 1

### w sprawie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wyposażenie Stacji Balistycznej i Strzelnicy w aparaturę i urządzenia do badań i pomiarów balistycznych

W związku z pytaniami dotyczącymi niektórych pozycji wymienionych w załączniku Nr 1, informujemy, że:

1. odnośnie poz. 3.6: **Dalmierz laserowy ILD2200-200** – dopuszczamy zamiennik o parametrach nie gorszych niż wymieniony, a zwłaszcza:
  - zakres pomiarowy 200 mm,
  - liniowość 0,06 mm,
  - rozdzielczość 0,003 mm,
  - częstotliwość próbkowania 20 kHz.
2. odnośnie poz. 3.10: **Tarcza elektroniczna** – wymagane parametry nie ulegają zmianie.
3. odnośnie poz. 3.7: **Szafa termostatyczna** – wymagane parametry nie ulegają zmianie.

Informujemy ponadto, że w miarę pojawiania się zapytań wyjaśnienia i ew. zmiany będą zamieszczane na stronie [www.fabrykabroni.pl](http://www.fabrykabroni.pl) w zakładce *Przetargi*.